



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.27.004.A № 44291

Срок действия до 31 октября 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Толщиномеры электромагнитно-акустические А1270

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Акустические Контрольные Системы" (ООО "АКС"), г.Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 31225-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
АПЯС.412231.006 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2011 г. № 6290

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

№ 16 11 2011 г.

Серия СИ

№ 002295

Срок действия до 06 июля 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **06 июля 2016 г. № 853**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2016 г.